



ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM SAÚDE
UNIDADE TÉCNICA DE SAÚDE – UTS – PROSER

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL Nº.001 /2020.

Considerando o item 23 – APARELHO DE RAIOS X MÓVEL DIGITAL – GRUPO 01, informamos que por se tratar de um equipamento altamente complexo, tendo em vista que esse aparelho seria para atender o Hospital de Campanha no Estado do Acre, o hospital não disporá de espaço suficiente para sua locomoção e nem de estruturas adequadas para tal aparelho, sendo assim, a aquisição desse equipamento ficaria inviável para atender as necessidades no momento, por estes fatos mencionados, o APARELHO DE RAIOS X MÓVEL DIGITAL, será excluído do processo de Chamamento Público.

1. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTIDADES:

GRUPO 01 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
1.	100015906 APARELHO DE RAIOS X MÓVEL DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: SISTEMA DE RADIOLOGIA MÓVEL EQUIPADO COM TUBO DE RAIOS X, COLIMADOR, EXPOSÍMETRO AUTOMÁTICO E CONJUNTOS DE BATERIAS RECARREGÁVEIS COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SOFTWARE DE AUTOCALIBRAÇÃO QUE REDUZ O TEMPO DE AJUSTE, INSTALAÇÃO E PREPARO. DISPLAY DE MENSAGENS DO AUTO-DIAGNÓSTICO. O HARDWARE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DIGITAL DE IMAGENS E DETECTOR WIRELESS (SEM FIO). FUNCIONA COM BATERIA RECARREGÁVEL, PODENDO SER CONECTADO PARA RECARGA EM QUALQUER REDE ELÉTRICA DE BAIXA POTÊNCIA. BATERIA QUE PERMITA AUTONOMIA DE NO MÍNIMO DE 240 MINUTOS, SEM NECESSIDADE DE RECARGA. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA CARGA E SOBRECARGA E DE IDENTIFICAÇÃO DE DEFEITOS. CIRCUITO FECHADO DE AUTOREGULAÇÃO DO KVP DURANTE A EXPOSIÇÃO. ELIMINA QUALQUER FLUTUAÇÃO DESTA DURANTE A EXPOSIÇÃO. POSSUIR MOTOR (ES) QUE PERMITA (M) O FÁCIL DESLOCAMENTO DA UNIDADE, DE MANEIRA QUE GIRE ATÉ 360 GRAUS SEM SAIR DO LUGAR. SISTEMA ERGOMÉTRICO. LOCAL PARA ARMAZENAMENTO DE CASSETES RADIOLÓGICOS (BANDEJA/GAVETA). UM FLAT TAMANHO ADULTO (35X43CM) E FLAT TAMANHO PEDIÁTRICO. DISPARADOR COM CABO DE COMPRIMENTO SUPERIOR A 3 METROS. GERADOR E TUBO DE RAIOS X, KVP: 40 A 125; MAS: 0,5 A 300	UND	02		



ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM SAÚDE
UNIDADE TÉCNICA DE SAÚDE – UTS – PROSER

<p>NO MÍNIMO; TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO DE 4MS OU MENOR; PONTO FOCAL FOCO FINO: MENOR OU IGUAL A 0,8MM OU FOCO ÚNICO: MENOR OU IGUAL A 0,88MM OU FOCO DUPLO: MENOR OU IGUAL A 0,8MM. FOCO GROSSO: MENOR OU IGUAL A 1,5MM. ÂNODO GIRATÓRIO. ROTAÇÃO DO ÂNODO: MÍNIMA DE 2800 RPM. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO ÂNODO: 120K U.C. NO MÍNIMO. POTÊNCIA DE SAÍDA SUPERIOR A 12KW. SELEÇÃO DE DOSE NA FAIXA MÍNIMA DE 0,5 A 300 MAS EM 20 PASSOS OU MAIS. SELEÇÃO DE KV NA FAIXA MÍNIMA DE 40 A 125 KVP EM 20 PASSOS OU MAIS. COLIMADOR. MANUAL. COM LUZ DE ILUMINAÇÃO DE CAMPO. MODO PARA SELEÇÃO DE CAMPO COM INDICAÇÃO PARA SIDS. SUBSISTEMA MECÂNICO TUBO/COLIMADOR, COM POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO FÁCIL E RÁPIDO. A LUZ DE ILUMINAÇÃO DE CAMPO DO COLIMADOR PODE SER ATIVADA NESTE OU NO DISPARADOR MANUAL, PERMANECENDO LIGADA POR ALGUNS SEGUNDOS OU ATÉ O PREPARO DO ROTOR. DURANTE A EMISSÃO DE RAIOS X EMITE UM TOM AUDÍVEL DE ALERTA E ACENDE UMA LUZ INDICADORA NO PAINEL. SELEÇÃO DE KVP E MAS POR SIMPLES TOQUE NUM PAINEL DE MEMBRANA. DISPLAYS DIGITAIS DE KVP E MAS: TODOS OS DISPLAYS FLUORESCENTES DE ALTO CONTRASTE E VISIBILIDADE PARA QUE POSSAM SER UTILIZADOS EM LOCAIS COM ALTA LUMINOSIDADE TAIS COMO SALAS DE CIRURGIA. INDICADOR DE BARRAS PARA MOSTRAR O NÍVEL DE CARGA DE BATERIA, E QUANDO ESTE CHEGAR AO NÍVEL MÍNIMO INDICAR UM ALERTA PARA RECARGA. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICO: TENSÃO DE ENTRADA: 220V ± 10%, 60 HZ. ACESSÓRIOS: TODOS OS ITENS/ACESSÓRIOS/COMPONENTES NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PARA AS CONFIGURAÇÕES SOLICITADAS.</p>				
---	--	--	--	--

Dessa forma, as demais disposições contidas no Anexo I – Termo de Referência, continua inalteradas, devendo seguir o processo de chamamento em seus devidos termos.

Publique-se.

Rio Branco/AC, 02 de junho de 2020.